

X
X
X
X

Boulogne, le 1^{er} Août 2016,

Objet : Evolutions produit sur les seringues Original Perfusor 50ml – Changement de référence

Madame, Monsieur,


Nous souhaitons vous informer du changement à venir des seringues Original Perfusor 50 ml :

OPTIMISATIONS PRODUIT

- Marquage amélioré sur le cylindre avec une résistance à l'usure accrue
- Design amélioré du joint de piston pour un meilleur glissement
- Nouveau design de la tête de piston sans encoche, afin de garantir une maniabilité plus optimale et simplifiée
- Temps d'alarme amélioré (en association avec un pousse-seringue)
- Comportement au démarrage amélioré
- Uniformisation avec la dénomination anglaise du produit : Original Perfusor® Syringe

Important : Les seringues existantes peuvent en principe être utilisées pour tous les pousse-seringues.

NOUVEAU PRODUIT



Ancienne référence	Nouvelle référence
8728844F - ORIGINAL PERFUSOR® SYRINGE 50 ML	8728844F-06 - ORIGINAL PERFUSOR® SYRINGE 50 ML

Sauf avis contraire de votre part, vos commandes seront transformées en automatique, aux mêmes conditions commerciales.

Le changement prendra effet à une date convenue ou après la liquidation des stocks des variantes actuelles



Emmanuelle BAU
Chef de Gamme Basic Care



Cécile FALCK
Chef Produits Perfusion Dispositifs Médicaux
01.41.10.73.03