


Contiplex® S Ultra 360


Set avec cathéter pour blocs nerveux périphériques continus

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise		<i>Date d'édition / mise à jour : 10/12/2018</i>
1.1	Nom : B. Braun Medical	
1.2	Adresse complète : 26 rue Armengaud 92 210 Saint-Cloud	Tel : 01 41 10 53 00 Fax : 01 41 10 53 99 e-mail : infofrance@bbraun.com Site Internet : http://www.bbraun.fr
1.3	Coordonnées du correspondant matériovigilance : Manuelle SCHNEIDER-PONSOT	Tel : 01 41 10 53 00 Fax : 01 41 10 52 86 E-Mail : vigilance_qualite.fr@bbraun.com


2. Informations sur dispositif ou équipement	
2.1	Dénomination commune : Nécessaire d'anesthésie pour bloc plexique UU
2.2	Dénomination commerciale : Contiplex® S Ultra 360
2.3	Code Cladimed : N50AE01 : NECESSAIRE POUR ANESTHESIE LOCOREGIONALE
2.4	Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : N/A
2.5	Classe du DM : II a Directive de l'UE applicable : 93/42/CEE annexe II.3 Numéro de l'organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH (0123) Date de première mise sur le marché dans l'UE : Novembre 2016 Fabricant du DM : B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1, D-34212 Melsungen, Allemagne
2.6	Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...) 

Caractéristiques techniques et spécifications

Pour les **blocs superficiels**, le biseau du Contiplex® S Ultra 360® s'observe à l'écran permettant ainsi de repérer la pointe de l'aiguille pour la mise en place du bloc (cf photo ci-dessous).



Pour les **blocs profonds**, le poinçonnage du Contiplex® S Ultra 360® permet d'observer à l'écran un « Code Sécurité court-court-long » qui consiste en trois segments juxtaposés constitués de réflecteurs d'ultrasons : deux segments courts (5mm environ) et un segment long (10mm environ) (cf illustration ci-dessous). Les trois segments sont visibles si les deux premiers centimètres distaux de l'aiguille sont dans le plan.



Nécessaire pour blocs plexiques et périphériques continus avec aiguille isolée graduée à biseau 20° comprenant :

- Un système d'introduction du cathéter incluant :
 - une aiguille à biseau 20° 18G permettant une injection et une stimulation simultanées au repérage du nerf
 - longueur de 50 mm, 100 mm, 150 mm
- L'aiguille à biseau 20° est munie d'un cordon pour connexion électrique sur le câble du stimulateur et d'un prolongateur spécifique permettant les injections et l'insertion du cathéter (au travers de l'embase du prolongateur et sans le déconnecter de l'aiguille).
- L'aiguille possède une très bonne échogénicité grâce à une technique de marquage par poinçonnage en X. Ce marquage est fait sur 360° permettant de visualiser l'aiguille tout au long de la procédure.

Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL



- Un cathéter échogène en polyamide et polyuréthane (6 orifices latéraux) à extrémité fermée :
 - longueur = 400 mm (pour aiguille 50 mm)
 - ou**
 - 1000 mm (pour aiguille 100 mm et 150 mm)
 - diamètre externe = 0,85 mm (Gauge 20)
- Un raccord Perifix® pour relier le cathéter au filtre. Ce raccord est prêt à l'emploi en un « clic » et assure ainsi la connexion du cathéter. Un contrôle visuel et auditif permet de confirmer la bonne connexion du dispositif. Le principe de fermeture prévient l'écrasement ou la déconnexion du cathéter. De plus la couleur jaune de ce raccord, couleur de référence en anesthésie loco-régionale, permet d'éviter toute confusion avec une ligne intraveineuse.
- Un filtre Perifix® EF Filter 0,2 µm comportant 2 raccords coniques verrouillables protégés par des capuchons. Le capuchon transparent correspond à l'embout mâle qui se connecte au raccord de connexion. Le capuchon jaune correspond à l'embase femelle qui permet la connexion avec une seringue pour injecter l'anesthésique local. La surface filtrante est de 4 cm². Le filtre Perifix® résiste à une pression maximale de 7 bar. Dans le cas où un filtre Perifix® (filtre antibactérien) est utilisé, ne pas employer de seringues de moins de 10 ml, car celles-ci sont susceptibles d'endommager le boîtier du filtre en exerçant une pression potentiellement excessive. Le Perifix® EF Filter peut être facilement fixé sur la surface cutanée grâce au système de fixation de filtre Perifix® PinPad.
- Une seringue Omnifix® 5 ml luer-lock.
- Un dispositif Perifix® PinPad pour fixation du filtre Perifix® EF Filter.
- Un autocollant « Nerve Block » pour identifier facilement l'endroit où est positionné le cathéter.

2.7 Références Catalogue :

Référence	Libellé	Aiguille biseau 20°		Cathéter		UCD	CDT	QML
		Longueur	Diamètre externe	Longueur	Diamètre externe			
4898650-01	Set Contiplex® S Ultra 360 50mm G18 20°	50 mm	1,3 mm G18	400 mm	0,85 mm G20	boite	10	1 boite
4898610-01	Set Contiplex® S Ultra 360 100mm G18 20°	100 mm	1,3 mm G18	1000 mm	0,85 mm G20	boite	10	1 boite
4898615-01	Set Contiplex® S Ultra 360 150mm G18 20°	150 mm	1,3 mm G18	1000 mm	0,85 mm G20	boite	10	1 boite

<p>2.8</p>	<p>Composition du dispositif et Accessoires :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ELEMENTS</th> <th style="text-align: center;">MATERIAUX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Fût aiguille</td><td>--- Acier médical</td></tr> <tr><td>Embase aiguille</td><td>--- Polyamide</td></tr> <tr><td>Protecteur</td><td>--- Polyéthylène</td></tr> <tr><td>Tubulure prolongateur</td><td>--- PVC</td></tr> <tr><td>Valve prolongateur</td><td>--- ABS / caoutchouc synthétique sans latex / Polypropylène / Silicone</td></tr> <tr><td>Embase femelle sur prolongateur</td><td>--- Polycarbonate</td></tr> <tr><td>Bouchon protecteur sur prolongateur</td><td>--- Acrylonitrile butadiène styrène(ABS)</td></tr> <tr><td>Cathéter</td><td>--- Polyamide /Polyuréthane</td></tr> <tr><td>Corps du raccord</td><td>--- Polypropylène</td></tr> <tr><td>Partie compression du raccord</td><td>--- Elastomère thermoplastique(TPE)</td></tr> <tr><td>Pince du raccord</td><td>--- Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)</td></tr> <tr><td>Système de fermeture du raccord</td><td>--- Polyéthylène haute densité (HDPE)</td></tr> <tr><td>Membrane Filtre</td><td>Polyamide</td></tr> <tr><td>Demi-coque Filtre</td><td>acrylonitrile styrène (SAN)</td></tr> <tr><td>Ergot de fixation sur Perifix® PinPad</td><td>Polyoxyméthylène (POM)</td></tr> <tr><td>Coussinet sur Perifix® PinPad</td><td>Mousse en polyéthylène avec adhésif</td></tr> </tbody> </table> <p>Substances actives :</p> <p>Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Présence/Absence de latex ✓ Présence/Absence de PVC ✓ Présence/Absence de phtalates-(DEHT non classé comme toxique pour la reproduction)) ✓ Présence/Absence de produit d'origine animale ou biologique (nature, ...) <p>Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d'utilisation</p> <p>Dispositifs et accessoires associés à lister : (en cas de consommables captifs notamment) Stimulateur de nerfs Stimuplex® HNS 12 SENSE</p>	ELEMENTS	MATERIAUX	Fût aiguille	--- Acier médical	Embase aiguille	--- Polyamide	Protecteur	--- Polyéthylène	Tubulure prolongateur	--- PVC	Valve prolongateur	--- ABS / caoutchouc synthétique sans latex / Polypropylène / Silicone	Embase femelle sur prolongateur	--- Polycarbonate	Bouchon protecteur sur prolongateur	--- Acrylonitrile butadiène styrène(ABS)	Cathéter	--- Polyamide /Polyuréthane	Corps du raccord	--- Polypropylène	Partie compression du raccord	--- Elastomère thermoplastique(TPE)	Pince du raccord	--- Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)	Système de fermeture du raccord	--- Polyéthylène haute densité (HDPE)	Membrane Filtre	Polyamide	Demi-coque Filtre	acrylonitrile styrène (SAN)	Ergot de fixation sur Perifix® PinPad	Polyoxyméthylène (POM)	Coussinet sur Perifix® PinPad	Mousse en polyéthylène avec adhésif
ELEMENTS	MATERIAUX																																		
Fût aiguille	--- Acier médical																																		
Embase aiguille	--- Polyamide																																		
Protecteur	--- Polyéthylène																																		
Tubulure prolongateur	--- PVC																																		
Valve prolongateur	--- ABS / caoutchouc synthétique sans latex / Polypropylène / Silicone																																		
Embase femelle sur prolongateur	--- Polycarbonate																																		
Bouchon protecteur sur prolongateur	--- Acrylonitrile butadiène styrène(ABS)																																		
Cathéter	--- Polyamide /Polyuréthane																																		
Corps du raccord	--- Polypropylène																																		
Partie compression du raccord	--- Elastomère thermoplastique(TPE)																																		
Pince du raccord	--- Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS)																																		
Système de fermeture du raccord	--- Polyéthylène haute densité (HDPE)																																		
Membrane Filtre	Polyamide																																		
Demi-coque Filtre	acrylonitrile styrène (SAN)																																		
Ergot de fixation sur Perifix® PinPad	Polyoxyméthylène (POM)																																		
Coussinet sur Perifix® PinPad	Mousse en polyéthylène avec adhésif																																		
<p>2.9</p>	<p>Domaine : Anesthésie, Indications : Blocs plexiques – Blocs périphériques</p>																																		

3. Procédé de stérilisation	
	<p>DM stérile : Oui</p> <p>Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène</p>

4. Conditions de conservation et de stockage	
	<p>Conditions normales de conservation Et de stockage : oui Précautions particulières : non Durée de la validité du produit : 5 ans Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu : N/A</p>

5. Sécurité d'utilisation	
----------------------------------	--

5.1	Sécurité technique : N/A
5.2	Sécurité biologique (s'il y a lieu) : N/A

6. Conseils d'utilisation	
6.1	<p>Mode d'emploi</p> <p>Employer une technique aseptique.</p> <ol style="list-style-type: none"> Fixer le port latéral au raccord de l'aiguille isolée Contiplex® S Ultra 360. Fixer la seringue remplie de chlorure de sodium au raccord proximal de la tubulure du port latéral. Amorcer la tubulure et l'aiguille à l'aide de la solution. Si un neurostimulateur périphérique est utilisé, fixer la tige d'électrode au fil conducteur. Désinfecter soigneusement deux fois (laisser agir !) la zone concernée et recouvrir d'un champ stérile sans et / ou avec ouverture. Après avoir réalisé un bouton intradermique à l'aide de l'agent anesthésique, introduire l'aiguille par le site d'introduction vers le faisceau neurovasculaire ciblé selon un angle correspondant à la technique d'introduction employée. Faire progresser l'aiguille en direction du nerf jusqu'à pouvoir observer des contractions musculaires dans la zone innervée. <ul style="list-style-type: none"> ■ REMARQUE : Les canules Contiplex® S Ultra 360 sont pourvues de graduations (tous les cm). Graduations supplémentaires : 0,5 cm – 1 anneau large / 10 cm – 2 anneaux larges Réduire l'intensité et modifier la position de l'aiguille jusqu'à pouvoir observer des contractions musculaires à de plus faibles intensités. L'extrémité de l'aiguille a atteint une position optimale lorsque des contractions perceptibles interviennent à une intensité d'environ 0,2 à 0,5 mA (des intensités plus élevées peuvent être nécessaires pour certains blocs lombaires). Aspirer en cas de mise en place intravasculaire. <ul style="list-style-type: none"> ■ ATTENTION : En cas de paresthésie résultant d'un contact direct accidentel avec le nerf, la canule de stimulation ne doit, en aucun cas, être introduite plus profondément. Après aspiration négative, une dose d'essai d'anesthésique local peut être injectée à travers la tubulure d'extension. Les contractions musculaires doivent cesser dans un délai de 5 à 10 secondes. Avant la mise en place du cathéter à demeure, la dose souhaitée d'agent anesthésique peut être injectée par la tubulure du port latéral. <ul style="list-style-type: none"> ■ ATTENTION : Une fois l'anesthésique local injecté, l'aiguille ne peut pas être repositionnée car il n'est généralement plus possible de stimuler les nerfs et le patient ne ressent plus de douleur en cas de mise en place intraneurale accidentelle de la canule. Le guide d'introduction en plastique doit être fixé à la valve hémostatique du port latéral. Le cathéter doit ensuite être inséré à travers le guide d'introduction. Il progressera à travers la valve et la canule isolée. Insérer le cathéter jusqu'à la profondeur souhaitée. Maintenir le cathéter en position et retirer doucement le dispositif aiguille isolée / port latéral. <ul style="list-style-type: none"> ■ REMARQUE : Ne pas utiliser d'adhésif en aérosol contenant des solvants organiques pour fixer le cathéter. Vérifier que le bouchon rabattable du raccord est en position ouverte. Insérer l'extrémité proximale du cathéter dans le raccord ouvert. (figure 1) <ul style="list-style-type: none"> ■ REMARQUE : L'introduction du cathéter lorsque le bouchon rabattable n'est pas en position ouverte peut entraîner une mise en place incorrecte du cathéter. S'assurer que le cathéter est introduit dans la partie articulée du raccord jusqu'en butée. (voir ligne en pointillés à la figure 2) <ul style="list-style-type: none"> ■ REMARQUE : Le cathéter peut s'obstruer ou fuir s'il n'est pas correctement positionné jusqu'au bout. Si cela se produit, vérifier que le cathéter est correctement positionné jusqu'à l'extrémité du raccord. Fermer le bouchon rabattable supérieur situé sur corps du raccord en appuyant sur celui-ci jusqu'à entendre un « clic ». Si le raccord n'est pas solidement fixé, ouvrir ce dernier à nouveau et répéter les étapes 11 et 12. (figure 3). Après avoir retiré le bouchon de protection, fixer le raccord au filtre ou au dispositif d'administration de l'anesthésique par rotation (Luer Lock). (figure 4) <ul style="list-style-type: none"> ■ ATTENTION : Après le raccordement initial au cathéter, ne pas fixer de dispositifs d'administration de liquide

	<p>anesthésique au raccord en cas d'absence du bouchon de stérilité de recharge. Le raccord doit être considéré contaminé et être remplacé.</p> <p>■ ATTENTION : Lors du raccordement à un raccord de cathéter Perifix®, une fuite de l'agent anesthésique destiné à être administré au patient via le cathéter peut avoir lieu si le cathéter n'est pas entièrement introduit dans le raccord. Desserrer la partie supérieure articulée du raccord et réintroduire intégralement le cathéter jusqu'à ce qu'il ne puisse plus progresser davantage. Insérer ensuite le raccord en appuyant sur la partie supérieure articulée.</p> <p>■ ATTENTION : Pendant la manipulation du raccord pour relier les seringues, la pompe ou la tubulure IV, les filtres ou la tubulure du kit d'extension, le raccord peut être accidentellement déverrouillé. Le cathéter pourrait par conséquent se désolidariser du raccord, risquant de contaminer l'extrémité proximale du cathéter et /ou d'interrompre l'administration d'anesthésique.</p> <p>15. Aspirer et administrer un complément d'anesthésique si nécessaire.</p> <p>■ ATTENTION : Dans le cas où un filtre Perifix® (filtre antibactérien) est utilisé, ne pas utiliser de seringues de moins de 10 ml car celles-ci sont susceptibles d'endommager le boîtier du filtre en exerçant une pression potentiellement excessive.</p> <p>16. Pour rouvrir le raccord, le tenir solidement de deux doigts aux deux extrémités et appuyer fermement sur celles-ci en courbant le raccord comme pour tenter de l'enclencher à moitié. L'ouverture du couvercle s'accompagnera d'un clic perceptible. (figure 5)</p> <p>■ ATTENTION : Ne pas retirer le cathéter à travers l'aiguille en raison d'un risque possible de déchirure.</p> <p>Ne pas utiliser d'adhésif en aérosol contenant des solvants organiques pour fixer le cathéter.</p> <p>Sous échographie, la visualisation de l'angle d'attaque de l'extrémité de la canule et de la forme caractéristique de la tige distale de la canule doit être possible et indiquer la position de la canule par rapport au nerf. Il convient de garder à l'esprit que la visibilité est influencée par un certain nombre de facteurs, et parmi eux le réglage correct de l'échographe, les troubles cutanés du patient, les artéfacts ainsi que le bon alignement de la sonde d'échographie et de la canule (angle recommandé : 45°).</p> <p>Neurostimulateurs recommandés : Stimuplex® HNS12.</p>
<p>6.2</p>	<p>Indications</p> <p>Blocs périphériques et plexiques faisant appel à l'électrostimulation nerveuse et / ou l'échographie pour l'anesthésie par blocs dans le cadre d'interventions chirurgicales pratiquées à l'aide de différentes techniques de blocage sur les membres supérieures et inférieures, ainsi que pour le traitement antidouleur, l'analgésie en cas de mobilisation précoce et de physiothérapie ou l'analgésie d'urgence et longue durée (cancers par ex.).</p>
<p>6.3</p>	<p>Précautions d'emploi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lésions nerveuses ; • Pneumothorax ; • Douleur et hématome au niveau du site d'introduction de l'aiguille ; • Bloc incomplet ; • Toxicité liée à un anesthésique local : cardiaque, neurologique, allergique ; • Risque accru de thrombose et risque de thrombo-embolie ; • Technique paravertébrale – injection épidurale / intrathécale. • La réutilisation d'éléments à usage unique est dangereuse pour le patient ou l'utilisateur. L'élément peut être contaminé et/ou ne plus fonctionner correctement, ce qui peut entraîner chez le patient des blessures et des maladies potentiellement mortelles. • Pour obtenir une connexion optimale entre la canule de stimulation et le neurostimulateur, et garantir ainsi la sécurité du patient, utiliser les produits B. Braun exclusivement avec d'autres produits de la même marque. • B. Braun Melsungen AG décline toute responsabilité en cas d'association de ses produits avec des équipements d'autres fabricants. • Ne pas restériliser. • Utiliser uniquement si l'emballage est intact. • Le produit doit être conservé dans les conditions de stockage appropriées et utilisé au plus tard à la date indiquée sur l'emballage

6.4	<p><u>Contre-Indications</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Maladies neurologiques préexistantes ; • Infection / inflammation dans la région d'introduction ; • Anxiété préopératoire excessive (ne répondant pas aux interventions) et incapacité à tolérer la position requise ; • Coagulopathies préexistantes, soit endogènes (thrombocytopenie par ex.), soit iatrogènes (traitement par wafarine par ex.) en raison du risque accru de formation d'hématomes ; • Anomalies anatomiques rendant difficile l'identification de repères physiques ; • Maladie hépatique susceptible d'interférer avec les fonctions de clairance du foie ; • Impossibilité d'obtenir le consentement du patient ; • Hypersensibilité connue à un ou plusieurs des matériaux utilisés ; • Pour obtenir des informations sur les autres contre-indications à une anesthésie locale continue, se référer à la littérature spécialisée.
6.5	<p><u>Effets indésirables</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lésions neurologiques ; • Pneumothorax ; • Douleur et hématome sur le site d'introduction du cathéter ; • Bloc incomplet ; • Toxicité liée aux anesthésiques locaux : cardiaque, neurologique, allergique ; • Risque accru de thrombose et risque de thrombo-embolie ; • Technique paravertébrale : injection péridurale/ intrathécale.

7. Informations complémentaires sur le produit	
	<p><u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... :</u></p> <p>N/A</p>

8. Liste des annexes au dossier
Etiquette

Contiplex® S Ultra 360 18 G x 2"

YYYYY-MM-DD
 YYYYY-MM-DD
 Lot: Batch
 REF: 4898650-27

Ø 0,85 x 400 mm (20 G)
 1,3 x 50 mm
 20°

DMEV
 CE 0123
 GTRN: 0404696421103

Continuous peripheral nerve block catheter set with ultrasound-visible stimulation needles
Set de cathéter para bloqueio nervoso periférico contínuo com agulhas de estimulação visíveis por ultrassom
Contenido de cateter para bloqueio de nervo periférico contínuo com agulhas de estimulação visíveis por ultrassom
Kateterstelsel voor continue zenuwblokade met ultrason- waarseembare stimulatieaalen
Katetersett med nåler til stimulering som er synlige på ultralyd, til kontinuerlig, perifer nerveblokkade
Conjunto de cateter para bloqueio de nervo periférico contínuo com agulhas de estimulação visíveis por ultrassom
Набор для продолжительной проводниковой анестезии с зондами стимуляционной иголки
Kateterset for kontinuerlig perifer nerveblokkade med stimuleringsnåler som er synlige på ultralyd
Sajrara katetera na kontinualnu blokadu perifernog nerwa sa stimulatorymi iglami viditelnymi pooli ultrazvukom
Ultrasonada gortiebilen stimulyator iğneli setini periferik sinir bloku kateter seti
အပူဆေးကုသမှုအတွက် ဆာရားကွေးကွေးကို ဖြစ်တည်စေရန်အတွက် အသုံးပြုရန်အတွက် အသုံးပြုရန်အတွက်

IMPORTADOR: B. Braun Medical SA, / Uruburu 663 2º Piso (1027) Cap. Fed. - Argentina. Director Técnico: Farmacológico Mariano Paralta Muñoz. Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.
Importado e Distribuido por: Laboratorios B. Braun S/A, Av. Eugenio Borge, 1362 e Av. José María de Hipólito, 536 (Cordoba - RJ - Brasil, CEP: 24751-000, Fone: Resp.: Rosane G. R. da Costa, CEP-RJ: 22213, CA: RJ 31.673.254/0001-02, SAC: 0800-0227286
Importado por: B. Braun Medical S.A. Calle 44 N°9-1013 Bogotá
Производитель: B. Braun Мельбург AG, Германия. B. Braun Мельбург AG, Carl-Braun-Str. 1, 34212 Мельбург, Германия. Производители/Промисленос: B. Braun Мельбург AG, Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Мельбург, Германия.
Уполномоченная организация (импортер) в РФ: ООО «Б.Браун Медикал», 191040, г. Санкт-Петербург, пр. Пушкинская, д.117/Полу-Иванс: (812) 320-40-04.
Импортер: Firma: B. Braun Medical Dig Tics A.S., Setebay Tevizi Evri Mah., 20 Terminal Cad., No: 40, A Blok, Kat: 3-4, Kizilirmacece - Istanbul
Manufacturing Site: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany

Made in Germany
B. BRAUN 34209 Melsungen, Germany www.bbraun.com

Effective

Contiplex® S Ultra 360 18 G x 2"

10

2021-03-01
 2016-03-11
 16C11A0000
 4898650-27

Ø 0,85 x 400 mm (20 G)
 1,3 x 50 mm
 20°

DMEV
 CE 0123
 Made in Germany 12430056 05/06

Made in Germany
B. BRAUN 34209 Melsungen, Germany www.bbraun.com

4 046964 821127
 (17)210301(10)16C11A0000

Effective

Document No.: 3025 - Version: 1.0 - Bra Document ID: LLD-MD-HC-000667
 Document as a print out invalid in after 2016-05-06 07:21 (CET)
 www.bbraun.com

Dossier d'information Euro Pharmat

DISPOSITIF MEDICAL

9. Images

Etiquetage

Contiplex®

0414257 0316

Effective

EN Continuous peripheral nerve block catheter set with ultrasound-visible stimulation needles

DE Katheterset für kontinuierliche periphere Nervenblockaden mit im Ultraschall sichtbaren Stimulationsnadeln

FR Ensemble cathéter à prolongement bloquant par ultrasons visible

IT Catetere de bloqueo de nervo periferico continuo definito com agulhas de estimulação de ultrassom-visível

ES 帶超聲可視刺激針的連續外周神經阻斷導管套裝

PT Suporte de cateter na contínuo de bloqueio periférico com agulhas de estimulação por ultrassom visível

PL Jarkówabłoczenie ciągłego z widocznymi igłami ultrasonowymi

RU Catheter de bloc neuveux périphérique continu équipé d'aiguilles de stimulation visibles aux ultrasons

SK Zet katétriga pro to súvychy spočívajúci blokády pri umierajúcej operácii s viditeľnými ihlami

CZ Kateter set za kontinuiranú blokádu periférnou ihlami za stimuláciu vidljivim putem ultrazvuka

EL Καθετήρας/σέτ φορημάτων περιφερίας (ελεγχόμενης υπερήχων) (έλασης) (stimulációs tűkkel)

HR Catetere per il blocco periferico continuo del nervo applicato con aghi stimolanti visibili agli ultrasuoni

SI Napolatno periferni nery blokavimo kateterio rinkinys su ultrazvuku matomomis stimulavimo adatomis

RO Igtoada periferic neuva blojării cateteru complet ar ultrasunida sakatılmam stimulan adatom

LT Katerbentek voor continue zenuw-blokkade met ultrasoon-waarnembare stimulatienaalden

LV Kateteris ar ultrasonu redzamam stimulatoriem

UK IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A. / Uniburo 663 2° Piso (1027) Cap. Fed. – Argentina. Director Técnico: Farmaceutico Mariano Peralta Muñoz. Condiciones de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

BR Importado e Distribuído por: Laboratório B. Braun S/A, Av. Eugênio Bugen, 1092 - 4. Av. Jaguibe, 09-Araraquá, São João del-Rei - Brasil, CEP: 24731-000, Fone: Resp.: Rosane G. B. da Costa, CDF-RJ nº3213, C.N.P.J. 31.673.254/0001-02, SAC: 0800-0227286

KI Importado y Distribuido por B. Braun Medical SpA, Avenida Puerta Sur 03351 San Bernardo, Santiago Chile

MX 生产地址: Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Germany
代理人: 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司
中国(上海)自由贸易试验区康桥路285号5、P及B部分
邮编: 200131 | 电话: 021-22163000

CO Importado por B. Braun Medical S.A, Calle 44 N°8-06/31 Bogotá

RS Nosaica aprta med. sredstva u Register med. sredstva i distributer: B. Braun Adria RSFB d.o.o., Dorla Stanojevića 14, 11000 Beograd, Srbija

KU Представителство (адресирајте) на ПИ: ООО «Б.Браун Медицинска», 191040, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.10, тел./факс: (812)20-49-04. Производители: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany.

TR İthalatçı Firma: B. Braun Medical Diğ Tic. A.Ş. Setahdıkı Terfik İlay Mah. 20 Temmuz Cad. No: 40, A Blok, Kat: 3-4, Küçükçekirce – İstanbul

IT Importa: ELECTROPLAST S.A. - Servando Gómez 2460 - Reg. M.S.P. No. 228/2 - Dic. Técnico: Q.F. Claudia Manancero

Manufacturing Site: B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany